

Gołdap, 19.11.2018 r.

dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu stomatologicznego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w ramach programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w 2018” z dnia 15.11.2018 r. znak: OPR.2600.43.2018.

Gmina Gołdap udziela następujących wyjaśnień na otrzymane w dniu 16.11.2018 r. pytania do treści zapytania ofertowego:

Zapytanie I

Czy zamawiający dopuszcza unit wyposażony w fotel z cichymi siłownikami elektromechanicznymi? - jeśli nie to proszę o uzasadnienie dlaczego.

Tak

Zapytanie II

Czy zamawiający dopuszcza unit produkcji Chińskiej ?

Zgodnie z zapytaniem ofertowym III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 6:

„ Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Dodatkowo musi on być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).

oraz ust. 7: „Wymienione w opisie produkty muszą posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi, karty produktu dla urzędzeń w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich”.

Zapytanie III

Czy zamawiający dopuszcza fotel stomatologiczny posadowiony na podłożu - nie przykręcony do podłoża (przykręcany w celu zachowania stabilności i wykluczenia przypadkowego przesunięcia dla zachowania jeszcze większego bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie stomatologicznym).

Tak

Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Biedunowicz Korjak
Kierownik Wydziału
Oświaty, Promocji i Rozwoju